

Số: 1256 /BVNHN-VTTBYT
V/v yêu cầu tính năng kỹ thuật cơ bản
và giá dây nội soi video ống mềm
năm 2025 của Bệnh viện Nhi Hà Nội

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Hiện nay Bệnh viện Nhi Hà Nội có nhu cầu tiếp nhận yêu cầu chào tính năng kỹ thuật cơ bản và giá dây nội soi video ống mềm năm 2025 của Bệnh viện Nhi Hà Nội với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của Đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Nhi Hà Nội (Đường Nguyễn Trác, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội)

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Văn thư - Bệnh viện Nhi Hà Nội; Đường Nguyễn Trác, phường Dương Nội, thành phố Hà Nội; bản mềm qua email: vattunhihn@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại Văn thư - Bệnh viện Nhi Hà Nội; Đường Nguyễn Trác, phường Dương Nội, thành phố Hà Nội; bản mềm qua email: vattunhihn@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:

- Từ ngày 11 tháng 11 năm 2025 đến trước 16h30 ngày 21 tháng 11 năm 2025

- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục mua sắm (Phụ lục kèm theo)

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Bệnh viện Nhi Hà Nội (Đường Nguyễn Trác, phường Dương Nội, thành phố Hà Nội)

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Năm 2025

4. Báo giá chi tiết (Biểu mẫu kèm theo).

5. Các thông tin khác (nếu có)



- Đề nghị các công ty thực hiện lấy file mẫu, thực hiện lập báo giá qua hệ thống cổng thông tin điện tử của bệnh viện Nhi Hà Nội <https://nhihanoi.vn>.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Giám đốc;
- <https://chaogiattbyt.moh.gov.vn>,
- <https://nhihanoi.vn>;
- Lưu VT, VTTBYT



Ngô Quang Hùng

Phụ lục

(Kèm theo Công văn số 1256 /BVNHN-VTTBYT ngày 11 / 11 /2025
của Bệnh viện Nhi Hà Nội)

STT	Nội dung	ĐVT	Số lượng
1	Dây nội soi dạ dày video đường mũi	Cái	1
	I. Yêu cầu chung		
	Thiết bị mới 100%.		
	Sản xuất từ năm 2024 trở về sau.		
	Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương		
	II. Yêu cầu cấu hình cơ bản		
	-Kìm sinh thiết: 01 cái		
	- Chổi rửa dài: 01 bịch		
	- Chổi rửa ngắn: 01 bịch		
	- Ron cao su đẩy kênh dụng cụ: 01 cái		
	- Dầu silicon: 01chai		
	- Van khí nước: 01 cái		
	- Van hút: 01 cái		
	- Van cân bằng áp suất: 01 cái		
	- Nhựa ngáng miệng: 01 cái		
	- Hộp đựng thiết bị: 01 cái		
	- Đầu nối làm sạch kênh khí nước: 01 cái		
	- Nắp đẩy ngâm nước: 01 cái		
	- Hướng dẫn sử dụng: 01 cái		
	III.Thông số kỹ thuật:		
	Góc nhìn: $\geq 140^\circ$		
	Hướng quan sát: 0° (Nhìn thẳng)		
	Độ sâu trường nhìn: Từ ≤ 3 đến $\geq 100\text{mm}$		
	Đường kính thân ống soi: $\leq 5.7\text{ mm}$		
	Đường kính đầu cuối ống soi: $\leq 5.4\text{ mm}$		
	Khả năng uốn cong của đầu ống:		
	· Lên: $\geq 210^\circ$		
	· Xuống: $\geq 120^\circ$		
	· Trái: $\geq 120^\circ$		

	Phải: $\geq 120^\circ$		
	Độ dài làm việc: ≥ 1100 mm		
	Độ dài tổng: ≤ 1416 mm		
	Đường kính kênh sinh thiết: ≥ 2.0 mm		
2	Dây nội soi đại tràng(sử dụng cho bộ xử lý hình ảnh Model: EPK-I5000c, hãng sản xuất: Pentax)		
	I. Yêu cầu chung		
	Thiết bị mới 100%.		
	Sản xuất từ năm 2024 trở về sau.		
	Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương		
	II. Yêu cầu cấu hình cơ bản		
	-Kim sinh thiết: 01 cái		
	- Chổi rửa dài: 01 bịch		
	- Chổi rửa ngắn: 01 bịch		
	- Ron cao su đẩy kênh dụng cụ: 01 cái		
	- Dầu silicon: 01chai		
	- Van khí nước: 01 cái		
	- Van hút: 01 cái		
	- Van cân bằng áp suất: 01 cái		
	- Nhựa ngáng miệng: 01 cái		
	- Hộp đựng thiết bị: 01 cái		
	- Hướng dẫn sử dụng: 01 cái		
	III.Thông số kỹ thuật:		
	Sử dụng chip CMOS công nghệ mới nhất		
	Góc nhìn: $\geq 140^\circ$		
	Hướng quan sát: 0° (Nhìn thẳng)		
	Độ sâu trường nhìn: Từ ≤ 3 đến ≥ 100 mm		
	Đường kính thân ống soi: ≤ 9.8 mm		
	Đường kính đầu cuối ống soi: ≤ 10.8 mm		
	Khả năng uốn cong của đầu ống:		
	Lên: $\geq 210^\circ$		
	Xuống: $\geq 120^\circ$		
	Trái: $\geq 120^\circ$		

	Phải: $\geq 120^\circ$		
	Độ dài làm việc: ≥ 1050 mm		
	Độ dài tổng: ≤ 1373 mm		
	Đường kính kênh sinh thiết: ≥ 3.2 mm		
3	Dây nội soi dạ dày, tá tràng(sử dụng cho bộ xử lý hình ảnh Model: EPK-I5000, hãng sản xuất: Pentax)	Cái	1
	I. Yêu cầu chung		
	Thiết bị mới 100%.		
	Sản xuất từ năm 2024 trở về sau.		
	Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương		
	II. Yêu cầu cấu hình cơ bản		
	-Kìm sinh thiết: 01 cái		
	- Chổi rửa dài: 01 bịch		
	- Chổi rửa ngắn: 01 bịch		
	- Ron cao su đẩy kênh dụng cụ: 01 cái		
	- Dầu silicon: 01chai		
	- Van khí nước: 01 cái		
	- Van hút: 01 cái		
	- Van cân bằng áp suất: 01 cái		
	- Hộp đựng thiết bị: 01 cái		
	- Hướng dẫn sử dụng: 01 cái		
	III.Thông số kỹ thuật:		
	Sử dụng chip CMOS công nghệ mới nhất		
	Góc nhìn: $\geq 140^\circ$		
	Hướng quan sát: 0° (Nhìn thẳng)		
	Độ sâu trường nhìn: Từ ≤ 3 đến ≥ 100 mm		
	Đường kính thân ống soi: ≤ 9.8 mm		
	Đường kính đầu cuối ống soi: ≤ 10.8 mm		
	Khả năng uốn cong của đầu ống:		
	· Lên: $\geq 210^\circ$		
	· Xuống: $\geq 120^\circ$		
	· Trái: $\geq 120^\circ$		
	· Phải: $\geq 120^\circ$		
	Độ dài làm việc: ≥ 1050 mm		
	Độ dài tổng: ≤ 1373 mm		
	Đường kính kênh sinh thiết: ≤ 3.2 mm		

Mẫu báo giá

(Công ty, Địa chỉ..., MST:, Số Điện thoại liên hệ:.....)

BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Nhi Hà Nội

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Nhi Hà Nội, chúng tôi *[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh]* báo giá cho hàng hóa như sau:

1. Báo giá:

STT	Danh mục hàng hóa	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất	Mã HS	Thông số kỹ thuật/Đặc tính kỹ thuật	Năm sản xuất	Xuất xứ	Số lượng/ khối lượng	Đơn vị tính	Đơn giá (VND)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan (VND)	Thuế, phí, lệ phí (nếu có) (VND)	Thành tiền (VND)	Kết quả trúng thầu trong thời gian 12 tháng (nếu có)
1	Thiết bị A												
2	Thiết bị B												
n	...												

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... *[ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày]*, kể từ ngày ... tháng ... năm ... *[ghi ngàytháng....năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá]*.

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

• • • • •

))