

Số: 434/BVNHN-VTTBYT
V/v yêu báo giá vật tư và công cụ
dụng cụ cho các khoa năm 2026 của
Bệnh viện Nhi Hà Nội

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2026

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Hiện tại, Bệnh viện Nhi Hà Nội có nhu cầu tiếp nhận yêu cầu báo giá để mua sắm vật tư và công cụ dụng cụ cho các khoa năm 2026 của Bệnh viện Nhi Hà Nội với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của Đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Nhi Hà Nội (Đường Nguyễn Trác, phường Dương Nội, thành phố Hà Nội)

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Văn thư - Bệnh viện Nhi Hà Nội; Đường Nguyễn Trác, phường Dương Nội, thành phố Hà Nội; bản mềm qua email: yattunhinh@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại Văn thư - Bệnh viện Nhi Hà Nội; Đường Nguyễn Trác, phường Dương Nội, thành phố Hà Nội; bản mềm qua email: yattunhinh@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:

- Từ ngày 17 tháng 3 năm 2026 đến trước 16h30 ngày 27 tháng 3 năm 2026

- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục mua sắm (Phụ lục kèm theo)

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Bệnh viện Nhi Hà Nội (Đường Nguyễn Trác, phường Dương Nội, thành phố Hà Nội)

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Năm 2026

4. Báo giá chi tiết (Biểu mẫu kèm theo).

5. Các thông tin khác (nếu có)

- Đề nghị các công ty thực hiện lấy file mẫu, thực hiện lập báo giá qua hệ thống cổng thông tin điện tử của bệnh viện Nhi Hà Nội <https://nhihanoi.vn>.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Giám đốc;
- <https://chaogiattbyt.moh.gov.vn>,
- <https://nhihanoi.vn>,
- <https://muasamcong.mpi.gov.vn>;
- Lưu VT, VTTBYT



GIÁM ĐỐC

Ngô Quang Hùng

Phụ lục

(Kèm theo Công văn số 434 /BVNHN-VTTBYT ngày 17/ 3/2026
của Bệnh viện Nhi Hà Nội)

TT	Tên thiết bị y tế	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
I	Công cụ dụng cụ			
1	Giường bệnh nhân kèm tủ đầu giường	Bộ	30	
	<p>Yêu cầu chung</p> <ul style="list-style-type: none">- Sản xuất năm 2025 trở đi- Chất lượng mới 100%.- Đạt chứng chỉ chất lượng: ISO 13485; ISO 9001 hoặc tương đương <p>* Cấu hình của giường bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none">- Khung giường với 04 bánh xe có khóa: 01 bộ- Bộ tay quay: 01 bộ- Tấm đầu giường: 02 cái- Thành chắn 2 bên: 02 cái- Đệm: 01 cái- Cọc truyền: 01 cái- Cọc màn: 02 cái- Bảng bệnh án inox: 01 cái <p>* Thông số kỹ thuật của giường:</p> <ul style="list-style-type: none">- Kích thước tổng thể: 2080 x 960 x 500 mmLxWxH: 2080x960x500mm - Góc tựa lưng: 0-80° (±5)Trọng tải 200kg- 4 bánh xe: chất liệu TPR có khóa hãm, bọc nhựa xoay 360 chịu tải tối đa 120kg/bánh. <p>* Thông số kỹ thuật cơ bản của tủ:</p> <p>Kích thước tổng thể: 450 x 420 x 740 mm Chất liệu: nhựa ABS Phía trên có 1 mặt bàn để đồ ăn kích thước: D400 x R380 x C23mm ±5% có thể kéo ra kéo vào được Giữa là 1 ngăn kéo để vật dụng kích thước: D400 x R400 x C80mm ±5% Khoang chứa đồ có khóa, cánh tủ kích thước: D445 x R425 x C470mm±5%.</p>			
2	Cáng vận chuyển bệnh nhân	Cái	10	
	<p>Yêu cầu chung</p> <ul style="list-style-type: none">- Sản xuất năm 2025 trở đi- Chất lượng mới 100%.- Đạt chứng chỉ chất lượng: ISO 13485; ISO 9001 hoặc tương đương <p>Thông số kỹ thuật cơ bản</p> <ul style="list-style-type: none">- Thân cáng được làm bằng thép, ván giường và thành giường được làm bằng nhựa ABS hoặc PP-Cáng có thể được nâng lên hoặc hạ xuống Điều khiển bằng Tay quay-Có 4 bánh xe cao cấp kích thước khoảng 150mm và có hệ thống khóa trung tâm giúp tăng độ ổn định của cáng khi đứng yên.			

TT	Tên thiết bị y tế	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
	-Kích thước xe cáng khoảng: 2010x700mm ±5% -Tay vịn hai bên có kích thước khoảng: 120mm×275mm ±5% -Thân cáng có thể Điều chỉnh trong phạm vi : ≥570 đến ≥850mm ±10% -Tải trọng tối đa: ≥200kg			
3	Đèn cực tím	Cái	8	
	01 Máng đèn, 01 bóng đèn cực tím khoảng 90cm Nguồn điện: 220 V. Máng đèn bằng Inox, công suất: 30W			
II	Vật tư		-	
1	Bông ép sọ não (các cỡ)	Miếng	1000	
	Thông số kỹ thuật cơ bản Bông ép phẫu thuật sọ não. Kích thước: khoảng 1,5cm x 5cm Tiệt trùng bằng khí E.O			
2	Vợt lấy dị vật	Cái	5	
	Thông số kỹ thuật cơ bản Chiều dài làm việc: khoảng 160cm. Đường kính: khoảng 1.8mm			
3	Vợt lấy dị vật	Cái	5	
	Thông số kỹ thuật cơ bản Chiều dài làm việc: khoảng 230cm. Đường kính: khoảng 2.5mm			
4	Ống nghiệm nhựa chân không Heparin Lithium 2ml	Ống	36.000	
	Thông số kỹ thuật cơ bản Chất liệu: Được làm bằng nhựa y tế PET, kích thước ống 13x75mm. Nắp bằng nhựa LDPE bọc cao su màu xanh lá phù hợp cho các máy xét nghiệm tự động. Hóa chất bên trong là chất kháng đông Heparine Lithium. Dùng để tách huyết tương làm xét nghiệm điện giải đồ (Na ⁺ , K ⁺ , Cl ⁻ ... trừ Li ⁺), khí máu.Hóa chất bên trong dùng kháng đông cho 2ml máu với vạch lấy mẫu 2ml riêng biệt trên nhãn ống. Ống nghiệm đã được hút chân không. Ống nghiệm không bị nứt vỡ, rò rỉ khi ly tâm với tốc độ 6000 vòng/phút			
5	Giấy điện tim	Cuộn	50	
	Thông số kỹ thuật cơ bản: Giấy điện tim 12 cần dạng cuộn kích thước 210mm x 25m			
6	Bình dẫn lưu áp lực âm 200ml	Cái	30	
	Thông số kỹ thuật cơ bản: Có 3 lò xo. Ống dẫn lưu có kim Trocar vát ba mặt. Loại bình chứa ≥200ml			
7	Bình dẫn lưu áp lực âm 400ml	Cái	30	
	Thông số kỹ thuật cơ bản: Có 3 lò xo. Ống dẫn đầu nối chữ Y. Loại bình chứa ≥400ml .			

Mẫu báo giá

(Công ty, Địa chỉ, MST:, Số Điện thoại liên hệ:,)

BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Nhi Hà Nội

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Nhi Hà Nội, chúng tôi [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho hàng hóa như sau:

1. Báo giá:

STT	Danh mục hàng hóa	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất	Mã HS	Thông số kỹ thuật/Đặc tính kỹ thuật	Năm sản xuất	Xuất xứ	Số lượng/ khối lượng	Đơn vị tính	Đơn giá (VNĐ)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan (VNĐ)	Thuế, lệ phí (nếu có) (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)	Kết quả trúng thầu trong thời gian 12 tháng (nếu có)
1	Thiết bị A												
2	Thiết bị B												
n	...												

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi ngàytháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm.....

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

