

Số: 1085/BVNHN-VTTBYT
V/v yêu cầu báo giá thiết bị y tế
năm 2026 của Bệnh viện Nhi Hà Nội

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2026

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Hiện nay Bệnh viện Nhi Hà Nội có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng kế hoạch mua sắm thiết bị y tế năm 2026 của Bệnh viện Nhi Hà Nội với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của Đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Nhi Hà Nội (Đường Nguyễn Trác, phường Dương Nội, thành phố Hà Nội)

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Ông Nguyễn Hoàng Nam; Phòng Vật tư - Thiết bị y tế;

Điện thoại: 0338 680 722; Email: vattunhihn@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại Văn thư - Bệnh viện Nhi Hà Nội; Đường Nguyễn Trác, phường Dương Nội, thành phố Hà Nội và bản scan gửi qua email: bvnhn@hanoi.gov.vn

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:

- Từ ngày 18 tháng 6 năm 2026 đến trước 16h30 ngày 29 tháng 6 năm 2026.

- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục (Phụ lục kèm theo)

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Bệnh viện Nhi Hà Nội (Đường Nguyễn Trác, phường Dương Nội, thành phố Hà Nội)

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Năm 2026



4. Báo giá chi tiết (*Biểu mẫu kèm theo*).

5. Các thông tin khác (nếu có)

- Lưu ý: Để đánh giá đáp ứng về kỹ thuật của hàng hóa do công ty chào so với yêu cầu của bệnh viện, đề nghị công ty thực hiện đầy đủ các yêu cầu nêu tại phụ lục đính kèm; các báo giá không cung cấp đầy đủ thông tin theo yêu cầu tại phụ lục của thông báo thì bệnh viện sẽ không có đầy đủ căn cứ để tổng hợp, xem xét.

- Đề nghị các công ty thực hiện lấy file mẫu, thực hiện lập báo giá qua hệ thống cổng thông tin điện tử của bệnh viện Nhi Hà Nội <https://nhihanoi.vn>.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban giám đốc;
- <https://chaogiattbytmoh.gov.vn>,
- <https://nhihanoi.vn>;
- <https://muasamcong.mpi.gov.vn/>
- Lưu: VT, VTTBYT. *qu*

**TUQ. GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG VT-TBYT**



Nguyễn Mạnh Cường

Phụ lục

Yêu cầu về danh mục, tính năng, thông số kỹ thuật.

(Kèm theo yêu cầu báo giá số 1085/BVNHN-VTTBYT ngày 18 tháng 6 năm 2026 của Bệnh viện Nhi Hà Nội)

STT	NỘI DUNG YÊU CẦU
1	Máy truyền dịch: 20 Máy
I	YÊU CẦU CHUNG
1	Thiết bị mới 100%. Sản xuất từ năm 2025 trở về sau.
2	Nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế ISO 13485 hoặc tương đương
3	Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam
4	Môi trường hoạt động:
	+) Nhiệt độ tối đa $\geq 30^{\circ}\text{C}$
	+) Độ ẩm tối đa $\geq 75\%$
II	YÊU CẦU CẤU HÌNH
	Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn bao gồm:
	- Máy chính: 01 máy
	- Kẹp cốc truyền: 01 cái
	- Cảm biến đếm giọt: 01 cái
	- Dây nguồn: 01 Cái
	- Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 Bộ
III	YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT
	Tính năng chung
	- Máy truyền dịch có khả năng truyền dịch và truyền máu
	- Có màn hình LCD: hiển thị các thông số
	- Nguồn điện DC:Ắc quy loại sạc trên máy hoạt động liên tục ≥ 5 tiếng khi mất điện lưới.
	- Cài đặt thông số bằng phím mềm và nút xoay hoặc tương đương
	- Có đèn báo lỗi và tình trạng của máy
	- Chế độ đặt liều tối thiểu gồm : ml/h; $\mu\text{g}/\text{kg}/\text{phút}$; $\text{mg}/\text{kg}/\text{h}$ hoặc nhiều hơn
	Thông số kỹ thuật
	- Tốc độ truyền
	+ Từ $\leq 0,1$ đến ≥ 1.200 ml/h
	+ Tốc độ dịch truyền điều chỉnh được từ $\geq 0,1$ ml/h đến ≥ 1.200 ml/h, có tối thiểu 2 mức bước đặt 0,1 ml/h và 1 ml/h
	Giới hạn thời gian truyền
	+ ≤ 1 phút đến ≥ 99 giờ (bước đặt 1 phút)
	- Có chức năng đặt tốc độ truyền nhanh
	- Có chức năng hiển thị dải hiển thị thể tích dịch đã truyền

STT	NỘI DUNG YÊU CẦU
	- Độ chính xác: $\leq 5\%$
2	Máy hút dịch: 18 Máy
I	YÊU CẦU CHUNG
1	Thiết bị mới 100%. Sản xuất từ năm 2025 trở về sau.
2	Nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế ISO 13485 hoặc tương đương
3	Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam
4	Môi trường hoạt động:
	+) Nhiệt độ tối đa $\geq 30^{\circ}\text{C}$
	+) Độ ẩm tối đa $\geq 75\%$
II	YÊU CẦU CẤU HÌNH
	Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn bao gồm:
	- Máy hút dịch: 01 máy
	- Dây nguồn: 01 cái
	- Bình chứa dịch: 02 cái
	- Ống hút dịch: 02 cái
	- Phin lọc khí máy hút dịch: 02 cái
	- Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 Bộ
III	YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT
	Máy hút dịch có bánh xe di động, sử dụng bơm hút loại không dầu
	Dung tích bình chứa dịch: $\geq 2500\text{ml}/\text{cái}$
	Áp lực hút: $\geq 680\text{ mmHg}$
	Lưu lượng hút: $\geq 30\text{ L}/\text{phút}$
	Độ ồn: $\leq 55\text{dBA}$
3	Máy đo SpO2 cầm tay: 30 Máy
I	YÊU CẦU CHUNG
1	Thiết bị mới 100%. Sản xuất từ năm 2025 trở về sau.
2	Nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế ISO 13485 hoặc tương đương
3	Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam
4	Môi trường hoạt động:
	+) Nhiệt độ tối đa $\geq 30^{\circ}\text{C}$
	+) Độ ẩm tối đa $\geq 75\%$
II	YÊU CẦU CẤU HÌNH
	Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn bao gồm:
	- Máy chính: 01 cái
	- Bộ đo SpO2 dùng nhiều lần: 01 bộ
	- Máy có tích hợp pin có thể sạc lại nhiều lần: 01 bộ
	- Bộ cáp sạc cho máy: 01 bộ

STT	NỘI DUNG YÊU CẦU
	- Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 Bộ
III	YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT
	Loại máy đo nồng độ oxy trong máu cầm tay, nhỏ gọn. Thích hợp cho người lớn, trẻ em, trẻ sơ sinh.
1	Màn hình hiển thị TFT
2	Chức năng SpO2: Dải đo SpO2: từ 0 - 100%
3	Chức năng đo mạch Phạm vi đo khoảng: $\leq 30 - \geq 230$ bpm Độ phân giải: 1bpm Độ chính xác: ± 2 bpm
4	Giường bệnh nhân (nhi): 14 Cái
I	YÊU CẦU CHUNG
1	Thiết bị mới 100%. Sản xuất từ năm 2025 trở về sau.
2	Nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế ISO 13485 hoặc tương đương.
II	YÊU CẦU CẤU HÌNH
	Giường bệnh nhân (nhi) kèm phụ kiện tiêu chuẩn bao gồm: - Giường: 01 cái - Cọc truyền: 01 cái - Đệm: 01 cái - Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 Bộ
III	YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT
	Chất liệu giường: Khung thép sơn tĩnh điện hoặc Inox
	Kích thước: (Dài x Rộng) $\geq 1550 \times 800$ mm
	Chiều cao mặt giường: ≥ 550 mm
	Bánh xe: 4 cái; có khóa bánh xe
5	Xe lăn: 07 Cái
I	YÊU CẦU CHUNG
1	Thiết bị mới 100%. Sản xuất từ năm 2025 trở về sau.
2	Nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế ISO 13485 hoặc tương đương
II	YÊU CẦU CẤU HÌNH
	Xe đẩy bệnh nhân ngồi kèm phụ kiện đồng bộ: 01 bộ Bánh xe lăn: 02 cái Bánh xe dẫn hướng: 02 cái Phanh sau: 01 bộ Phanh trước: 01 bộ Đế chân: 01 bộ

STT	NỘI DUNG YÊU CẦU
III	YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT
	- Khung xe được làm bằng hợp kim nhôm cao cấp: Khung được làm bằng hợp kim nhôm
	- Chịu tải: $\geq 100\text{kg}$.

ok

Mẫu báo giá

(Công ty, Địa chỉ, MST:, Số Điện thoại liên hệ:,)

BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Nhi Hà Nội

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Nhi Hà Nội, chúng tôi [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng một báo giá trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho hàng hóa như sau:

1. Báo giá:

STT	Danh mục hàng hóa	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất	Mã HS	Thông số kỹ thuật/Đặc tính kỹ thuật	Năm sản xuất	Xuất xứ	Số lượng/ khối lượng	Đơn vị tính	Đơn giá (VND)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan (VND)	Thuế, phí, lệ phí (nếu có) (VND)	Thành tiền (VND)	Kết quả trúng thầu trong thời gian 12 tháng (nếu có)
1	Thiết bị A												
2	Thiết bị B												
n	...												

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi ngàytháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm.....

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

