

**SỞ Y TẾ HÀ NỘI
BỆNH VIỆN NHI HÀ NỘI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc**

Số: 1594/BVNHN-VTTBYT
V/v yêu cầu báo giá thiết bị y tế
cho chuyên khoa Phục hồi chức
năng của Bệnh viện Nhi Hà Nội

Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2026

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Bệnh viện Nhi Hà Nội có nhu cầu tiếp nhận thiết bị y tế cho chuyên khoa Phục hồi chức năng của Bệnh viện Nhi Hà Nội với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của Đơn vị yêu cầu

1. Đơn vị yêu cầu: Bệnh viện Nhi Hà Nội (Đường Nguyễn Trác, phường Dương Nội, thành phố Hà Nội)

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận:

- Ông Nguyễn Huy Nam; Phòng Vật tư - Thiết bị y tế;

Điện thoại: 0967678388

3. Cách thức tiếp nhận:

- Nhận trực tiếp tại Văn thư - Bệnh viện Nhi Hà Nội; Đường Nguyễn Trác, phường Dương Nội, thành phố Hà Nội và bản scan gửi qua email: **bvnhn@hanoi.gov.vn**

4. Thời hạn tiếp nhận:

- Từ ngày 10 tháng 9 năm 2026 đến trước 16h30 ngày 21 tháng 9 năm 2026.

- Các thư chào nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của thư chào: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày chào.

II. Nội dung yêu cầu chào:

1. Danh mục (Phụ lục kèm theo)

2. Thư chào chi tiết (Biểu mẫu kèm theo)

3. Các thông tin khác (nếu có)

- Đề nghị các công ty thực hiện lấy file mẫu, thực hiện lập thư chào qua hệ thống cổng thông tin điện tử của bệnh viện Nhi Hà Nội <https://nhihanoi.vn>.

- **Lưu ý:** Đề đánh giá đáp ứng về kỹ thuật của hàng hóa do công ty chào so với yêu cầu của bệnh viện, đề nghị công ty thực hiện đầy đủ các yêu cầu nêu tại phụ lục đính kèm; các thư chào không cung cấp đầy đủ thông tin theo yêu cầu tại phụ lục của thông báo thì bệnh viện sẽ không có đầy đủ căn cứ để tổng hợp, xem xét.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban giám đốc;
- <https://chaogiattbyt.moh.gov.vn>,
<https://nhihanoi.vn>;
- <https://muasamcong.mpi.gov.vn/>
- Lưu: VT, VTTBYT.

**TUQ. GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG VT-TBYT**



Nguyễn Mạnh Cường

Phụ lục

(Kèm theo Công văn số 1594 /BVNHN-VTTBYT ngày 10 tháng 9 năm 2026 của Bệnh viện Nhi Hà Nội)

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Đơn vị tính	Số lượng
1	Máy điện xung trị liệu (2 kênh)	I. Yêu cầu chung: - Thiết bị mới 100%. - Sản xuất từ năm 2026 trở về sau. - Nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485. - Máy xuất xứ thuộc G7, FDA. II. Yêu cầu cấu hình: - Máy chính: 01 cái - Dây nguồn: 01 cái - Cáp điện xung: 02 dây - Cáp nối điện cực: 02 dây - Băng cố định điện cực cỡ nhỏ: 01 cái - Băng cố định điện cực cỡ vừa: 01 cái - Điện cực: 04 cái III. Thông số kỹ thuật - Màn hình màu, cảm ứng: ≥ 5 inch - Số kênh: ≥ 2 kênh - Tối thiểu 25 dạng sóng - Cường độ sóng GAL: 0 - 50 mA - Cường độ sóng DIA: 0 - 70 mA - Các sóng khác: 0 - ≥ 100 mA - Điều chỉnh cường độ bằng núm xoay hoặc nút bấm	Máy	02
2	Máy điện xung trị liệu (cầm tay)	I. Yêu cầu chung: - Thiết bị mới 100%. - Sản xuất từ năm 2026 trở về sau. - Nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485. II. Yêu cầu cấu hình: - Máy chính: 01 cái - Cáp điện cực: 01 bộ - Tấm điện cực dán: 01 bộ III. Thông số kỹ thuật: - Số kênh: ≥ 2 kênh - Xung: điều chỉnh từ 0 - ≥ 110 mA	Máy	04

		-Dạng sóng: Xung vuông không đối xứng. -Tỉ lệ xung: Điều chỉnh ≤ 2 - ≥ 150 Hz -Độ rộng xung: Điều chỉnh từ ≤ 50 - ≥ 300 micro giây -Kiểu dòng điện: ≥ 6 kiểu dòng TEN và ≥ 3 kiểu dòng EMS		
--	--	---	--	--

Mẫu báo giá

(Công ty, Địa chỉ, MST:, Số Điện thoại liên hệ:.....)

THƯ CHÀO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Nhi Hà Nội

Trên cơ sở yêu cầu của Bệnh viện Nhi Hà Nội, chúng tôi [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho hàng hóa như sau:

1. Báo giá:

STT	Danh mục hàng hóa	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất	Mã HS	Thông số kỹ thuật/Đặc tính kỹ thuật	Năm sản xuất	Xuất xứ	Số lượng/ khối lượng	Đơn vị tính	Đơn giá (VND)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan (VND)	Thuế, lệ phí (nếu có) (VND)	Thành tiền (VND)	Kết quả trúng thầu trong thời gian 12 tháng (nếu có)
1	Thiết bị A												
2	Thiết bị B												
n	...												

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

2. Thư chào này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi ngàytháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong thư chào là trung thực.

....., ngày tháng năm

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

