

SỞ Y TẾ HÀ NỘI
BỆNH VIỆN NHI HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

Số: **1595**/BVNHN-VTTBYT
V/v yêu cầu báo giá thiết bị y tế cho
phòng mổ, chẩn đoán hình ảnh và
khác của Bệnh viện Nhi Hà Nội.

Hà Nội, ngày **10** tháng **9** năm 2026

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Bệnh viện Nhi Hà Nội có nhu cầu tiếp nhận báo giá thiết bị y tế cho phòng mổ, chẩn đoán hình ảnh và khác của Bệnh viện Nhi Hà Nội, với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của Đơn vị yêu cầu

1. Đơn vị yêu cầu: Bệnh viện Nhi Hà Nội (Đường Nguyễn Trác, phường Dương Nội, thành phố Hà Nội)

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận:

- Ông Nguyễn Huy Nam; Phòng Vật tư - Thiết bị y tế;

Điện thoại: 0967678388

3. Cách thức tiếp nhận:

- Nhận trực tiếp tại Văn thư - Bệnh viện Nhi Hà Nội; Đường Nguyễn Trác, phường Dương Nội, thành phố Hà Nội và bản scan gửi qua email: **bvnhn@hanoi.gov.vn**

4. Thời hạn tiếp nhận:

- Từ ngày 10 tháng 9 năm 2026 đến trước 16h30 ngày 21 tháng 9 năm 2026.

- Các thư chào nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của thư chào: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày chào.

II. Nội dung yêu cầu chào:

1. Danh mục (*Phụ lục kèm theo*)

2. Thư chào chi tiết (*Biểu mẫu kèm theo*)

3. Các thông tin khác (nếu có)

- Đề nghị các công ty thực hiện lấy file mẫu, thực hiện lập thư chào qua hệ thống cổng thông tin điện tử của bệnh viện Nhi Hà Nội <https://nhihanoi.vn>.

- **Lưu ý:** Để đánh giá đáp ứng về kỹ thuật của hàng hóa do công ty chào so với yêu cầu của bệnh viện, đề nghị công ty thực hiện đầy đủ các yêu cầu nêu tại phụ lục đính kèm; các thư chào không cung cấp đầy đủ thông tin theo yêu cầu tại phụ lục của thông báo thì bệnh viện sẽ không có đầy đủ căn cứ để tổng hợp, xem xét.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban giám đốc;
- <https://chaogiattbvt.moh.gov.vn>,
- <https://nhihanoi.vn>;
- <https://muasamcong.mpi.gov.vn/>
- Lưu: VT, VTTBYT.

**TUQ. GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG VT-TBYT**



Nguyễn Mạnh Cường

Phụ lục

(Kèm theo Công văn số 1595 /BVNHN-VTTBYT ngày 10 tháng 9 năm 2026 của Bệnh viện Nhi Hà Nội)

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Đơn vị tính	Số lượng
1	Máy gây mê	I. Yêu cầu chung - Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2026 trở về sau. - Máy chính xuất xứ G7, Châu Âu - Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương - Nguồn điện sử dụng hợp với điện lưới Việt Nam II. Yêu cầu cấu hình - Máy chính kèm phụ kiện: 01 máy Bao gồm: - Bình bốc hơi khí mê servoflurane: 01 bình - Bộ dây gây mê kèm bể nước cho trẻ em sử dụng nhiều lần: 01 bộ - Mặt nạ gây mê cho trẻ em sử dụng nhiều lần: 02 chiếc - Bình hấp thụ CO₂: 01 bình - Bộ làm ẩm đường thở: 01 bộ - Móc đỡ dây thở: 01 cái - Bóng bóp silicone dùng nhiều lần loại nhỏ: 01 cái - Bể nước dành cho theo dõi khí mê: 05 cái - Cảm biến lưu lượng: 02 cái - Cảm biến oxy: 01 cái - Khối theo dõi khí mê: 01 bộ - Phổi giả: 01 cái - Xe đẩy: 01 chiếc - Dây nguồn, dây dẫn, dây cấp khí, thải khí và trích khí lấy mẫu các loại và Phụ kiện tiêu chuẩn phù hợp với chỉ tiêu kỹ thuật khác: 01 bộ - Hướng dẫn sử dụng Anh/ Việt: 01 Bộ III. Chỉ tiêu kỹ thuật - Sử dụng được để gây mê cho trẻ em và trẻ sơ sinh - Lắp được 2 bình bốc hơi có thể lắp cùng lúc - Thiết kế phù hợp với phương pháp gây mê dòng thấp - Có các chế độ thở kiểm soát: Kiểm soát áp lực, Kiểm soát thể tích, Kiểm soát áp lực đảm bảo thể tích hoặc Kiểm soát thể tích điều chỉnh lưu lượng hoặc tương đương - Thể tích khí lưu thông cài đặt nhỏ nhất ≤ 5 ml (phù hợp cho bệnh nhân sơ sinh, bệnh nhân thiếu tháng)	Máy	01

		- Thể tích lưu thông có thể theo dõi nhỏ nhất ≤ 5 ml (phù hợp cho bệnh nhân sơ sinh, thiếu tháng) - Có chức năng theo dõi khí mê (Servoflurane, Desflurane, Halothane, Isoflurane, Enflurane)		
2	Dao mổ điện cao tần	I. Yêu cầu chung - Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2026 trở về sau. - Máy chính xuất xứ G7, Châu Âu - Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương - Nguồn điện sử dụng hợp với điện lưới Việt Nam II. Yêu cầu cấu hình - Máy chính: 01 bộ - Bàn đạp điều khiển: 02 chiếc - Kẹp lưỡng cực: 01 bộ - Tấm điện cực trung tính dùng 1 lần: 05 cái - Tay dao đơn cực: 02 cái - Xe đẩy: 01 cái - Dây nguồn, dây nối và phụ kiện tiêu chuẩn khác: 01 bộ - Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh/Việt: 01 bộ III. Chỉ tiêu kỹ thuật - Có chức năng điều chỉnh công suất cắt tự động - Công suất cắt lớn nhất ≥ 300W - Tối thiểu 2 cổng kết nối điện cực đơn cực và 1 cổng kết nối điện cực lưỡng cực - Có chức năng cắt đơn cực, cầm máu đơn cực, cắt lưỡng cực và cầm máu lưỡng cực	Cái	01
3	Tủ sấy (dung cụ, dây thớ)	I. Yêu cầu chung - Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2026 trở về sau. - Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương - Nguồn điện sử dụng hợp với điện lưới Việt Nam II. Yêu cầu cấu hình - Máy chính: 01 cái - Kệ chứa dụng cụ: 8 cái - Giá đỡ (ống các loại) ≥ 10 ngõ: 01 bộ - Giá treo dây thớ ≥ 5 ngõ: 01 bộ III. Chỉ tiêu kỹ thuật - Công dụng: Sấy khô dụng cụ sau khi được làm sạch và trước khi tiệt trùng - Dung tích hiệu dụng: ≥ 800 lít + Làm khô các dụng cụ không chịu nhiệt: ống thớ, gậy mê; mặt nạ thở, gậy mê, bình làm ẩm, các dụng cụ bằng thủy tinh... Buồng sấy - Dung tích ≥ 800 lít, hình hộp chữ nhật	Cái	01

		- Chất liệu: Thép không gỉ 304 hoặc tốt hơn - Đèn LED chiếu sáng để quan sát dụng cụ trong quá trình sấy - Thiết kế: 08 kệ để khay chứa dụng cụ mỗi kệ 02 khay theo tiêu chuẩn DIN Hệ thống cửa - Loại ≥ 2 cửa - Cửa 02 lớp làm bằng thép không gỉ 304 hoặc tốt hơn và kính cường lực chịu nhiệt - Khóa cửa: + Đóng mở cửa bằng tay, có chốt Gioăng cửa chịu nhiệt Bộ tạo nhiệt - Tích hợp bên trong, gia nhiệt và thổi khí nóng luân chuyển tuần hoàn - Điện trở gia nhiệt: ≥ 01 cái - Công suất: $\geq 3\text{kW}$ - Motor quạt thổi công suất: $\geq 200\text{W}$ - Công suất: $\geq 500\text{m}^3/\text{h}$ - Cột áp tối đa: $\geq 500\text{Pa}$		
4	Máy X quang di động	I. Yêu cầu chung - Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2026 trở về sau. - Máy chính xuất xứ G7, Châu Âu - Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương - Nguồn điện sử dụng hợp với điện lưới Việt Nam II. Yêu cầu cấu hình - Tủ điều khiển nguồn phát tia: 01 bộ - Bóng phát tia X: 01 bộ - Bộ chuẩn trực chùm tia: 01 bộ - Trạm làm việc: 01 bộ - Tấm thu nhận ảnh: 01 cái - Công tắc chụp: 01 cái - Áo chì, yếm chì: 02 bộ - Dây nguồn, dây nối và phụ kiện tiêu chuẩn khác: 01 bộ - Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh/Việt: 01 bộ III. Chỉ tiêu kỹ thuật - Công suất: $\geq 30\text{ kW}$ - Tấm loại CsI, kích thước 14 x 17" (35 x 43 cm) - Kết nối được với hệ thống thông tin y tế của Bệnh viện	Máy	01
5	Máy thở (Máy thở CPAP)	I. Yêu cầu chung - Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2026 trở về sau. - Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương - Nguồn điện sử dụng hợp với điện lưới Việt Nam II. Yêu cầu cấu hình - Máy chính: 01 bộ	Máy	02

		- Bộ tạo âm: 01 bộ - Ống dẫn khí: 01 chiếc - Mặt nạ thở: 02 chiếc - Xe đẩy: 01 chiếc - Dây nguồn, dây nối và phụ kiện tiêu chuẩn khác: 01 bộ - Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh/Việt: 01 bộ III. Chỉ tiêu kỹ thuật - Loại chuyên sử dụng ở cơ sở y tế - Có chế độ CPAP/FiO2		
6	Bơm tiêm điện	I. Yêu cầu chung - Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2026 trở về sau. - Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương - Nguồn điện sử dụng hợp với điện lưới Việt Nam II. Yêu cầu cấu hình - Máy chính: 01 chiếc - Kẹp cốc truyền: 01 chiếc - Pin sạc: 01 chiếc - Phụ kiện tiêu chuẩn khác - Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh/Việt: 01 bộ III. Chỉ tiêu kỹ thuật - Sử dụng được các loại bơm tiêm thông dụng, tối thiểu gồm: 5mL, 10 mL, 20 mL, 30 mL, 50 mL - Tốc độ truyền từ $\leq 0,1 - \geq 1000$ ml	Cái	70
7	Máy vỗ rung lồng ngực	I. Yêu cầu chung - Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2026 trở về sau. - Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương - Nguồn điện sử dụng hợp với điện lưới Việt Nam II. Yêu cầu cấu hình - Máy chính: 01 chiếc - Ống dẫn khí: 01 chiếc - Áo vỗ rung (phù hợp với bệnh nhi): tối thiểu 02 bộ - Xe đẩy: 01 chiếc - Dây nguồn, dây nối, đai và phụ kiện tiêu chuẩn khác nếu có - Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh/Việt: 01 bộ III. Chỉ tiêu kỹ thuật - Sử dụng kỹ thuật dao động không khí tần số cao (HFCWO) để vỗ rung long đờm. - Phù hợp sử dụng cho trẻ em	Máy	03

Mẫu báo giá

(Công ty....., Địa chỉ..., MST:....., Số Điện thoại liên hệ:.....)

THƯ CHÀO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Nhi Hà Nội

Trên cơ sở yêu cầu của Bệnh viện Nhi Hà Nội, chúng tôi [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho hàng hóa như sau:

1. Báo giá:

STT	Danh mục hàng hóa	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất	Mã HS	Thông số kỹ thuật/Đặc tính kỹ thuật	Năm sản xuất	Xuất xứ	Số lượng/ khối lượng	Đơn vị tính	Đơn giá (VND)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan (VND)	Thuế, lệ phí (nếu có) (VND)	Thành tiền (VND)	Kết quả trúng thầu trong thời gian 12 tháng (nếu có)
1	Thiết bị A												
2	Thiết bị B												
n	...												

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

2. Thư chào này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm ... [ghi ngàytháng....năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong thư chào là trung thực.

....., ngày tháng năm

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))