SỞ Y TẾ HÀ NỘI
BỆNH VIỆN NHI HÀ NỘI

Số: 2103 /BVNHN-VTTBYT
V/v yêu cầu báo giá dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng thiết bị y tế của Bệnh viện Nhi Hà Nội năm 2026-2027.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2026

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam.

Bệnh viện Nhi Hà Nội có nhu cầu tiếp nhận báo giá dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng thiết bị y tế của Bệnh viện Nhi Hà Nội năm 2026-2027 với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của Đơn vị yêu cầu

1. Đơn vị yêu cầu: Bệnh viện Nhi Hà Nội (Đường Nguyễn Trác, phường Dương Nội, thành phố Hà Nội)

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận:

- Ông Nguyễn Hoàng Nam; Phòng Vật tư - Thiết bị y tế;

Điện thoại: 0338680722

3. Cách thức tiếp nhận:

- Email (bvnhn@hanoi.gov.vn và vattunhihn@gmail.com)

- Online (qua website muasamcong.mof.gov.vn)

- Nhận trực tiếp (Văn thư - Bệnh viện Nhi Hà Nội; Đường Nguyễn Trác, phường Dương Nội, thành phố Hà Nội)

4. Thời hạn tiếp nhận:

- Từ ngày 27 tháng 11 năm 2026 đến trước 16h30 ngày 06 tháng 12 năm 2026.

- Các thư chào nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của thư chào: Tối thiểu 180 ngày, kể từ ngày kết thúc chào.

II. Nội dung yêu cầu chào:

1. Danh mục *(Phụ lục kèm theo)*

2. Thư chào chi tiết *(Biểu mẫu kèm theo)*

3. Các thông tin khác (nếu có)

- Đề nghị các công ty thực hiện lấy file mẫu, thực hiện lập thư chào qua hệ thống cổng thông tin điện tử của bệnh viện Nhi Hà Nội https://nhihanoi.vn.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban giám đốc;
- https://chaogiattbyt.moh.gov.vn, https://nhihanoi.vn;
- https://muasamcong.mpi.gov.vn/
- Lưu: VT, VTTBYT.

TUQ. GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG VT-TBYT

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HÀ NỘI
BỆNH VIỆN NHI HÀ NỘI

Nguyễn Mạnh Cường

Mẫu báo giá

(Công ty....., Địa chỉ…, MST:....., Số Điện thoại liên hệ:.....)

THƯ CHÀO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Nhi Hà Nội

Trên cơ sở yêu cầu của Bệnh viện Nhi Hà Nội, chúng tôi .... *[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh]* báo giá cho hàng hóa, dịch vụ như sau:

1. Báo giá cung cấp dịch vụ như sau:

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Số lượng/ khối lượng	Đơn vị tính	Đơn giá (VND)	Thành tiền (VND)
1						
2						
n	...					

2. Thư chào này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... *[ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày]*, kể từ ngày ... tháng... năm ... *[ghi ngày ....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].*

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong thư chào là trung thực.

……, ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

PHỤ LỤC 1

Danh mục bảo trì thiết bị điều trị

(Kèm theo Công văn số 2103 /BVNHN-VTTBYT ngày 27 / 11 /2026 của Bệnh viện Nhi Hà Nội)

Stt	Danh mục dịch vụ	Nội dung dịch vụ	Số lượng	Đơn vị tính
1	Bảo trì Máy thở cao tần Model: Babylog VN500 Xuất xứ: Drägerwerk AG & Co. KgaA/Đức. Năm sử dụng: 2024	- Bảo trì định kỳ 02 lần/12 tháng (6 tháng/lần). - Kiểm tra tình trạng hoạt động của các cụm chức năng chính. - Vệ sinh và bảo dưỡng theo quy trình kỹ thuật của nhà sản xuất. - Kiểm tra các bộ phận hao mòn và vật tư tiêu hao. - Thay thế các vật tư, linh kiện hao mòn theo tuổi thọ khuyến cáo của nhà sản xuất sau 01 năm sử dụng. - Kiểm tra và hiệu chuẩn các thông số kỹ thuật khi cần thiết. - Đáp ứng không giới hạn số lần kiểm tra và sửa chữa khi hệ thống gặp sự cố. - Đáp ứng cuộc gọi hỗ trợ kỹ thuật: Đáp ứng cuộc gọi hỗ trợ kỹ thuật từ xa 24/24h (Không giới hạn số lần). - Thời gian thực hiện trong 12 tháng. - Sau bảo dưỡng toàn bộ máy và phải đạt được kiểm định máy thở của đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm định. - Không phát sinh chi phí khi phát sinh lỗi mới trong quá trình thực hiện dịch vụ.	01	Máy
2	Bảo trì Máy thở chức năng cao Model: Carescape R860 Xuất xứ: Datex-Ohmeda/Mỹ. Năm sử dụng: 2024	- Bảo trì định kỳ 02 lần/12 tháng (6 tháng/lần). - Kiểm tra tình trạng hoạt động của các cụm chức năng chính. - Vệ sinh và bảo dưỡng theo quy trình kỹ thuật của nhà sản xuất. - Kiểm tra các bộ phận hao mòn và vật tư tiêu hao. - Thay thế các vật tư, linh kiện hao mòn theo tuổi thọ khuyến cáo của nhà sản xuất sau 01 năm sử dụng. - Kiểm tra và hiệu chuẩn các thông số kỹ thuật khi cần thiết. - Đáp ứng không giới hạn số lần kiểm tra và sửa chữa khi hệ thống gặp sự cố.	10	Máy

Stt	Danh mục dịch vụ	Nội dung dịch vụ	Số lượng	Đơn vị tính
		- Đáp ứng cuộc gọi hỗ trợ kỹ thuật: Đáp ứng cuộc gọi hỗ trợ kỹ thuật từ xa 24/24h (Không giới hạn số lần). - Thời gian thực hiện trong 12 tháng. - Sau bảo dưỡng toàn bộ máy và phải đạt được kiểm định máy thở của đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm định. - Không phát sinh chi phí khi phát sinh lỗi mới trong quá trình thực hiện dịch vụ.		
3	Bảo trì Máy thở xâm nhập và không xâm nhập Model: Carescape R860 Xuất xứ: Datex-Ohmeda/Mỹ. Năm sử dụng: 2024	- Bảo trì định kỳ 02 lần/12 tháng (6 tháng/lần). - Kiểm tra tình trạng hoạt động của các cụm chức năng chính. - Vệ sinh và bảo dưỡng theo quy trình kỹ thuật của nhà sản xuất. - Kiểm tra các bộ phận hao mòn và vật tư tiêu hao. - Thay thế các vật tư, linh kiện hao mòn theo tuổi thọ khuyến cáo của nhà sản xuất sau 01 năm sử dụng. - Kiểm tra và hiệu chuẩn các thông số kỹ thuật khi cần thiết. - Đáp ứng không giới hạn số lần kiểm tra và sửa chữa khi hệ thống gặp sự cố. - Đáp ứng cuộc gọi hỗ trợ kỹ thuật: Đáp ứng cuộc gọi hỗ trợ kỹ thuật từ xa 24/24h (Không giới hạn số lần). - Thời gian thực hiện trong 12 tháng. - Sau bảo dưỡng toàn bộ máy và phải đạt được kiểm định máy thở của đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm định. - Không phát sinh chi phí khi phát sinh lỗi mới trong quá trình thực hiện dịch vụ.	02	Máy
4	Bảo trì Máy gây mê Model: Carestation 620 A1 Xuất xứ: Datex-Ohmeda/Mỹ. Năm sử dụng: 2024	- Bảo trì định kỳ 02 lần/12 tháng (6 tháng/lần). - Kiểm tra tình trạng hoạt động của các cụm chức năng chính. - Vệ sinh và bảo dưỡng theo quy trình kỹ thuật của nhà sản xuất. - Kiểm tra các bộ phận hao mòn và vật tư tiêu hao. - Thay thế các vật tư, linh kiện hao mòn theo tuổi thọ khuyến cáo của nhà sản xuất sau 01 năm sử dụng. - Kiểm tra và hiệu chuẩn các thông số kỹ thuật khi cần thiết. - Đáp ứng không giới hạn số lần kiểm tra và sửa chữa khi hệ thống gặp sự cố.	03	Máy

Stt	Danh mục dịch vụ	Nội dung dịch vụ	Số lượng	Đơn vị tính
		- Đáp ứng cuộc gọi hỗ trợ kỹ thuật: Đáp ứng cuộc gọi hỗ trợ kỹ thuật từ xa 24/24h (Không giới hạn số lần). - Thời gian thực hiện trong 12 tháng. - Sau bảo dưỡng toàn bộ máy và phải đạt được kiểm định máy thở của đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm định. - Không phát sinh chi phí khi phát sinh lỗi mới trong quá trình thực hiện dịch vụ.		

PHỤ LỤC 2
Danh mục bảo trì thiết bị chẩn đoán hình ảnh
(Kèm theo Công văn số 2103/BVNHN-VTTBYT ngày 27 / 11 /2026 của Bệnh viện Nhi Hà Nội)

Stt	Danh mục dịch vụ	Nội dung dịch vụ	Số lượng	Đơn vị tính
1	Bảo trì Hệ thống chụp cắt lớp vi tính ≥ 128 lát Model: Incisive CT Xuất xứ: Philips Medical Systems Technologies Ltd/Israel Năm sử dụng: 2024	- Tần suất bảo trì: 02 lần/12 tháng (6 tháng/lần). - Bảo trì định kỳ: + Kiểm tra an toàn khoang máy. + Kiểm tra bên trong khoang máy. + Kiểm tra tình trạng gắn kết các ốc vít - khung - giá đỡ trong khoang máy. + Vệ sinh Bộ lọc bụi trên khoang máy. + Vệ sinh Bộ lọc bụi dưới khoang máy + Vệ sinh Quạt giải nhiệt trong khoang máy + Vệ sinh Bộ trao đổi nhiệt bóng phát tia X + Bảo trì bộ thu nhận và xử lý dữ liệu thô + Kiểm tra dây curoa để nghiêng khoang máy + Kiểm tra dây curoa để quay khoang máy + Bôi trơn ổ trục chính của khoang máy + Bôi trơn trục vít me của bô chuẩn trực tia X + Bôi trơn các thanh định hướng chuyển động của bộ chuẩn trực tia X + Bảo trì các bộ chổi than + Kiểm tra tổng thể bàn bệnh nhân + Kiểm tra dây curoa bộ cảm biến di chuyển bàn theo trục đứng + Kiểm tra dây curoa bộ cảm biến di chuyển bàn theo trục ngang + Kiểm tra tình trạng gắn kết các ốc vít - khung - giá đỡ trong bàn bệnh nhân + Bôi trơn các khối trượt của bàn bệnh nhân + Bôi trơn trục vít me chính của bàn bệnh nhân + Vệ sinh các bộ phận điều khiển bên ngoài	01	Máy

Stt	Danh mục dịch vụ	Nội dung dịch vụ	Số lượng	Đơn vị tính
		+ Vệ sinh máy tính điều khiển và các bo mạch bên trong + Vệ sinh mắt quang trên ổ đĩa máy tính điều khiển + Thực hiện các hiệu chuẩn định kỳ cho máy (Filament, Air Calibration,…) + Đáp ứng cuộc gọi hỗ trợ kỹ thuật: Đáp ứng cuộc gọi hỗ trợ kỹ thuật từ xa 24/24h: Không giới hạn số lần. Cung cấp bản báo cáo kỹ thuật (Service report) tất cả hoạt động của kỹ sư. - Thời gian thực hiện trong 12 tháng.		
2	Bảo trì Máy X quang kỹ thuật số Model: Dura Diagnost Xuất xứ: Philips Healthcare Co., Ltd/Trung Quốc Năm sử dụng: 2024	- Bảo trì định kỳ 02 lần/12 tháng (6 tháng/lần) - Bảo trì định kỳ: + Kiểm tra X-ray Geometry + Kiểm tra trạng thái của Detector + Kiểm tra liều lượng Amplimat (Giá treo tường) + Kiểm tra liều lượng Amplimat (Bàn) + Hiệu chuẩn DAP + Kiểm tra trực quan + Kiểm tra tiếp địa bảo vệ tại các vị trí + Kiểm tra nguy cơ rò rỉ điện tại các vị trí + Thực hiện các bước bảo trì theo khuyến cáo của nhà sản xuất + Đáp ứng cuộc gọi hỗ trợ kỹ thuật: Đáp ứng cuộc gọi hỗ trợ kỹ thuật từ xa 24/24h: Không giới hạn số lần. Cung cấp bản báo cáo kỹ thuật (Service report) tất cả hoạt động của kỹ sư. - Thời gian thực hiện trong 12 tháng.	02	Máy
3	Bảo trì, bảo dưỡng Máy X quang di động Model: Mobile Diagnost wDR	- Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ 02 lần/12 tháng (6 tháng/lần) - Bảo trì định kỳ: + Kiểm tra tấm thu nhận ảnh + Kiểm tra bộ điều khiển và màn hình + Hiệu chuẩn hình ảnh + Bảo dưỡng	01	Máy

Stt	Danh mục dịch vụ	Nội dung dịch vụ	Số lượng	Đơn vị tính
	Xuất xứ: Philips Medical Systems DMC GmbH/Tây Ban Nha Năm sử dụng: 2024	+ Kiểm tra an toàn điện + Đáp ứng cuộc gọi hỗ trợ kỹ thuật: Đáp ứng cuộc gọi hỗ trợ kỹ thuật từ xa 24/24h: Không giới hạn số lần. Cung cấp bản báo cáo kỹ thuật (Service report) tất cả hoạt động của kỹ sư. - Thời gian thực hiện trong 12 tháng.		

PHỤ LỤC 3
Danh mục bảo dưỡng Hệ thống lọc nước RO

(Kèm theo Công văn số 2103 /BVNHN-VTTBYT ngày 27 / 11 /2026 của Bệnh viện Nhi Hà Nội)

Stt	Danh mục dịch vụ	Nội dung dịch vụ	Số lượng	Đơn vị tính
1	Bảo trì Hệ thống lọc nước RO Model: TB/TLM-RO1500 Xuất xứ: Việt Nam Năm sử dụng: 2025	1. Nội dung công việc bảo trì: - Kiểm tra các tính năng kỹ thuật của Hệ thống theo yêu cầu và tiêu chuẩn của nhà sản xuất. - Bảo dưỡng, căn chỉnh toàn bộ hệ thống. + Thay thế 03 lõi lọc 5 µm x 20 inch cho Hệ thống lọc nước RO định kỳ 3 tháng/lần (không bao gồm lõi lọc). + Bảo dưỡng, vệ sinh 02 bình chứa nước nguồn, 01 bình làm mềm định kỳ 03 tháng/lần. + Thay thế 03 lõi lọc 0,2 µm x 20 inch cho Hệ thống lọc nước RO định kỳ 3 tháng/lần (không bao gồm lõi lọc). + Thay thế 01 lõi lọc khí 0,2 µm x 20 inch cho Hệ thống lọc nước RO định kỳ 6 tháng/lần (không bao gồm lõi lọc). + Tẩy rửa màng lọc RO cho Hệ thống lọc nước RO định kỳ 3 tháng/lần. + Kiểm tra toàn bộ hệ thống tín hiệu điện bao gồm: phao bình chứa nước nguồn, cảm biết mực nước tank RO, cảm biến nhiệt độ, đồng hồ đo độ dẫn điện nước RO + Tẩy rửa bồn chứa nước RO, toàn bộ hệ thống đường ống nước RO tuần hoàn cho máy thận, chậu rửa quả. - Thời gian thực hiện trong 12 tháng. 2. Yêu cầu khác - Kỹ sư thực hiện bảo trì, bảo dưỡng phải có chứng chỉ về Hệ thống lọc nước RO - Đáp ứng không giới hạn số lần kiểm tra và sửa chữa khi hệ thống gặp sự cố. Đáp ứng cuộc gọi hỗ trợ kỹ thuật từ xa 8:00 đến 17:00 các ngày làm việc. - Khi hệ thống gặp sự cố, nhân viên kỹ thuật có mặt tại hệ thống máy trong vòng 24 giờ kể từ khi có yêu cầu của Bệnh viện.	01	Hệ thống